



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico Mantenimiento a Unidades Dentales

Centro de Costos (Dependencias)	Numero de partida	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
Instituto de Ciencias de la Salud	1	15	Mantenimiento correctivo de simuladores dentales marca Fijodent, modelo F-PROTETICA MAC . Se requiere de limpieza general interna y externa, lubricación, calibración y ajuste de todas sus partes que incluyen: 1) Aparato de Iluminación, 2) Elemento del odontólogo, sistema de alta velocidad, sistema de baja velocidad, jeringa triple, 3) Etapa de potencia, control y moto reductores, 5) Mando de pie, 6) Banquillo de operador y 7) Sillón y mueble. Se requieren pruebas de buen funcionamiento , del area academica de Odontología. Se requiere de pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones e insumos	Mantenimiento