

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) del viernes 09 (nueve) de septiembre de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en el auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante, con la participación del proveedor, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LA-913014998-E11-2022, para el Mantenimiento a equipo de laboratorio, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presente el siguiente licitante:

1. Roberto Blanco Lunar representado en este acto por el mismo

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

1. La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.

B) Por la concursante:

1. Roberto Blanco Lunar. Manifiesta vía CompraNet no tener aclaraciones administrativas.
2. Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V. Manifiesta vía CompraNet no tener aclaraciones administrativas

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante: Manifiesta sus aclaraciones.

Partida 192.

Dice:

Acta: Junta de Aclaraciones

192	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184	2	Mantenimiento preventivo. Equipo: Difractómetro de Rayos-X. Marca: Inel. Modelo: Equinox 2000. Número de serie: 0901EQ2000104. Número de inventario: 00181751. Descripción del servicio: Se requiere: 1.- Cambiar componentes caducados. 2.- Cambiar líneas de flujo caducadas. 3.- Limpiar partes internas del equipo. 4.- Calibración del haz de Rayos-X. 5.- Revisión de componentes. 6.- Pruebas de funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio de Difracción de Rayos-X.	Mantenimiento
-----	--	---	---	---	---------------

Debe decir:

192	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184	2	Mantenimiento correctivo. Equipo: Difractómetro de Rayos-X. Marca: Inel. Modelo: Equinox 2000. Número de serie: 0901EQ2000104. Número de inventario: 00181751. Descripción del servicio: Se requiere: 1.- Cambiar componentes caducados. 2.- Cambiar líneas de flujo caducadas. 3.- Limpiar partes internas del equipo. 4.- Calibración del haz de Rayos-X. 5.- Revisión de componentes. 6.- Pruebas de funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio de Difracción de Rayos-X.	Mantenimiento
-----	--	---	---	---	---------------

Manifiesta

2. Por la concursante:

1. Roberto Blanco Lunar. Manifiesta vía CompraNet no tener aclaraciones técnicas.
2. Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V. Manifiesta sus dudas vía CompraNet

Pregunta	Respuesta
Anexo 12. En la redacción de la columna "descripción", dentro de los requisitos, se menciona que se requieren "pruebas de funcionamiento", se solicita a la convocante nos aclare si se refiere a una calificación de desempeño (Ej. perfil térmico en equipos de refrigeración y pruebas de integridad de filtro EPA etc. en gabinetes de bioseguridad), en caso de no ser así, nos podrían aclarar a que se refieren con "pruebas de funcionamiento"?	Las pruebas de funcionamiento se refieren a que, una vez hecho el mantenimiento solicitado, el equipo debe quedar funcionando correctamente de acuerdo con la descripción del mantenimiento solicitado. Por ejemplo, si el mantenimiento consiste en el cambio de la resistencia a una estufa debido a que ya no calienta, la prueba de funcionamiento tendrá que evidenciar que la estufa cumpla su función.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, tendrá verificativo el jueves 15 (quince) de septiembre de 2022


[Handwritten signatures]

Acta: Junta de Aclaraciones


(dos mil veintidós) a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) en el auditorio del primer piso del edificio torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 10:15 (diez horas con quince minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

**Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**



Dr. Octavio Castillo Acosta
Presidente
L. E. M. Anabell Alfaro Flores
Representante



L.C. Karina Cerecedo Alarcón
Secretaria
L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante




Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor
L.C. María Cristina Romero Ortega
Representante



L.C. Gabriela Mejía Valencia
Vocal
L.A Juan Carlos Pérez Cruz
Representante



Dr. Roberto Rodríguez Gaona
Asesor
Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante




L. A. E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Vocal
Dr. Guillermo González Naranjo
Representante



Acta: Junta de Aclaraciones

Asesores técnicos:




Dr. Oscar Rodolfo Suárez Castillo
Director de Laboratorios



Mtra. Maricarmen Pérez López
Dirección de Laboratorios



Licitante:



C. Roberto Blanco Lunar

